

CZĘŚĆ DRUGA – Opis Przedmiotu Zamówienia**I. Przedmiot Zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego minimum 3 – kanałowego analizatora krzemionki SiO₂, w ilości 1 sztuki wraz ze szkoleniem z obsługi urządzenia, zgodnie z poniższym:

II. Specyfikacja:

- Zakres 0÷400 µg/l, programowalny,
- Zakres maksymalny nie mniejszy niż 0÷2,5 mg/l,
- Minimum trzy kanały pomiarowe,
- Automatyczna kalibracja,
- Menu w języku polskim,
- Dokładność pomiaru: co najmniej 3%,
- Zasilanie – 230 VAC,
- Wyjście analogowe 4-20 mA + wyjścia przekaźnikowe,
- Możliwość pomiaru dowolnej próbki przyniesionej z zewnątrz,
- Minimalne zużycie odczynników – oczekiwany okres wymiany >45 dni,
- Niewrażliwość na zakłócenia spowodowane wzrostem stężenia w pozostałych kanałach,
- Pomiar próbki zerowej przed każdym cyklem pomiarowym w celu kompensacji zanieczyszczeń,
- Możliwość samodzielnego, własnego przygotowania reagentów wg dostarczonej receptury,
- Zabudowa w szafie,
- Co najmniej dwie referencje krajowe,
- Certyfikaty (w tym CE i kalibracji),
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- Dokumentacja: oryginały i tłumaczenia na język polski,
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie, dla minimum 6 osób z zakresu obsługi urządzenia. Termin szkolenia zostanie uzgodniony po zakończonym montażu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
- Oczekiwany okres gwarancji – 36 miesięcy.

Richards
20