

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**I. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawą:**

Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, nie regenerowanych przenośnych przepływomierzy ultradźwiękowych do pomiaru przepływu objętościowego cieczy w ilości 2 sztuk, zgodnie z poniższą specyfikacją:

II. Specyfikacja:

1. Zakres mierzonej prędkości przepływu: $0 \div 15$ m/s.
2. Błąd pomiaru nie większy niż 2% wartości mierzonej przepływu objętościowego.
3. Zakres średnic rurociągów: $50 \div 2100$ mm.
4. Zakres temperatur medium: $0 \div 150$ st. C.
5. Z czujnikiem grubości ścianki rurociągu.
6. Możliwość rejestracji wyników pomiarów, co najmniej 8 godzin przy pomiarze co 10 s.
7. Zasilanie z wbudowanego akumulatora.
8. Ze świadectwem wzorcowania.
9. Dokumentacja: oryginały i tłumaczenia na język polski.
10. Oczekiwany okres gwarancji: 2 lata.

 